

Angaben zur Ausstattung des AeMC

Ergänzende Angaben zum Antrag auf Anerkennung eines flugmedizinischen Zentrums gemäß ORA.AeMC.115 iVm ORA.GEN.115ff. der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 idgF sowie ATCO.OR.E.001 der Verordnung (EU) 2015/340

Bitte füllen Sie die umrandeten Felder des Formulars aus und senden Sie es unterschrieben mitsamt den Beilagen an medical@astrocontrol.at oder per Post an:

AUSTRO CONTROL GmbH, Luftfahrtagentur, Schnirchgasse 17, 1030 Wien, Österreich

1 Adresse des AeMC (Diese Daten werden in der Liste "Flugmedizinische Zentren" veröffentlicht)

Flugmedizinisches Zentrum (vorgesehener Name)

Straße Ort PLZ Land

Telefon Fax E-Mail

Homepage

2a Medizinisch/technische Ausstattung gemäß VO (EU) Nr. 1178/2011 ORA.AeMC.215 iVm AMC1.ORA.AeMC.215

Klinische Untersuchung: Stethoskop Maßband
 geeichte Waage RR Messgerät

Herz-Kreislauf-Untersuchung: 12-Kanal-EKG Spirometrie Ergometrie*
 24h Blutdruckmessgerät* Holter-EKG* Ultraschall Abdomen*

* Wenn nicht vorhanden, Nennung eines Kooperationsfacharztes für Kardiologie

Labor: Blutabnahme-Equipment für Serumlipide für Hämoglobin
 Harn-Teststreifen Mindestumfang: GLU, ERY, PROT

Angabe welche Laborwerte im AeMC bestimmt werden können

Name des Kooperationslabors (für sonstige Auswertungen)

Augenuntersuchung*: Ophthalmoskop Ishihara Farbtafeln (24-Tafel-Version)

Möglichkeit zur Bestimmung/Untersuchung von:

- Nah,- Zwischen- und Fernvisus
- Augeninnendruck
- Äußeres Auge, Anatomie, Medien und Fundoskopie
- Augenbeweglichkeit
- Binokulares Sehen, Heterophorie und Gesichtsfeld
- Refraktion

Weiterführende Farbsehtestung:

- Anomaloskoptest
- Laternentest
- CAD-Test

Wenn nicht vorhanden, Nennung eines Kooperationsfacharztes für Ophthalmologie

*) Im Falle von künstlicher Beleuchtung ist ein das Tageslicht imitierendes Lichtspektrum (D65 = künstliches Lichtspektrum) bevorzugt zu verwenden.

Angaben zur Ausstattung des AeMC

Ergänzende Angaben zum Antrag auf Anerkennung eines flugmedizinischen Zentrums gemäß ORA.AeMC.115 iVm ORA.GEN.115ff. der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 idgF sowie ATCO.OR.E.001 der Verordnung (EU) 2015/340

2b Medizinisch/technische Ausstattung gemäß VO (EU) Nr. 1178/2011 ORA.AeMC.215 iVm AMC1.ORA.AeMC.215

- HNO-Untersuchung:**
- Reintonaudiometer Otoskop Rhinoskop
 Tympanometrie Möglichkeit der Testung des vestibulären Systems

Wenn nicht vorhanden, Nennung eines Kooperationsfacharztes für HNO-Heilkunde:

- Drogen- und Alkohol-Testung:**
- Atemluft-Alkoholtest-Gerät (Vortestgerät) Harn-Schnelltest
Umfang: OPI, MTD, BUP, THC, AMP, MET, MDMA, COC, BZO, TCA

3 EDV Infrastruktur

- PC (Windows Betriebssystem) Farbdrucker (vorzugsweise Laserdrucker)
 Internetzugang Kopierer (kann durch Scannen und Drucken ersetzt werden)
 Scanner EMPIC Voraussetzungen (Installation Runway, YubiKey)

4 Unterschrift

Ich bestätige, dass alle Angaben in diesem Formular richtig und vollständig sind.

Ort	Datum	Unterschrift
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>